

保育園・幼稚園における放射線量調査結果

[単位: $\mu\text{sv}/\text{h}$]

保育園名	調査年月日	調査時間	天候	NaIシンチレーションスペクトロメータ検出器(日立アロカメディカル(株))		備考
				地上0cm	地上50cm	
ふれあい保育園	R7.11.4	9:53	晴れ	0.08	0.06	
あおぞら保育園	R7.10.29	11:25	晴れ	0.07	0.06	
たいよう保育園	R7.11.7	10:50	晴れ	0.06	0.06	
わくわく保育園	R7.11.7	13:20	晴れ	0.05	0.06	
氏家さくら保育園	R7.11.7	9:43	晴れ	0.07	0.08	
第二氏家さくら保育園	R7.10.29	9:33	晴れ	0.05	0.06	
アップル保育園	R7.11.4	9:25	晴れ	0.07	0.07	
氏家保育園	R7.11.4	11:10	晴れ	0.07	0.07	
認定こども園きつれ川幼稚園	R7.11.13	11:20	晴れ	0.06	0.05	
ヒカリ園	R7.11.4	10:47	晴れ	0.06	0.06	
氏家幼稚園	R7.11.7	9:55	晴れ	0.05	0.05	
ゆうゆうランドさくら園	R7.10.29	11:10	晴れ	0.06	0.06	
ちびっこランドさくら園	R7.11.4	11:25	晴れ	0.07	0.07	
つくし保育園	R7.11.7	10:30	晴れ	0.06	0.06	
子どもの森YOU保育園	R7.11.4	9:35	晴れ	0.09	0.08	

・NaIシンチレーションスペクトロメータ(日立アロカメディカル(株))検出器による空中放射線の測定

・調査地点は各保育園の中央付近

・スイッチONし約1分間以上経過した後、10秒毎に5回測定しその平均値を測定結果とする

・測定数値は小数第三位を四捨五入する

保育園・幼稚園における放射線量調査結果

[単位: $\mu\text{sv}/\text{h}$]